

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>陈邵哲</u>	
	职称： <u>教授</u>	
	工作单位： <u>常州大学材料学院</u>	
项目信息	项目名称： <u>Raman 设备移机</u>	
	供应商名称： <u>赛默飞世尔科技（中国）有限公司</u>	
专业人员论证意见	<u>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</u> 拉曼光谱仪设备移机项目经办人讲述设备移机内容后，了解到移机的需求。厂家工程师对设备功能构造了解透彻，为保证移机后设备精度，能够正常使用，请厂家派工程师上门移机十分有必要。 且该项目符合单一来源采购的采购需求，同意单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	<u>陈邵哲</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>11</u> 月 <u>19</u> 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：罗鋈	
	职称：教授	
	工作单位：贵州大学 材料学院	
项目信息	项目名称：Raman 设备移机	
	供应商名称：赛默飞世尔科技（中国）有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 拉曼光谱仪为高精度光学仪器，仪器光路对设备环境结果影响较大。设备的拆卸需要请厂家的工程师上门搬运、拆卸主要光学部件。运到新场地后要厂家工程师对光路进行校准。所以本项目符合单一来源采购要求。同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	罗鋈	日期 2024 年 11 月 18 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：曹峰	
	职称：教授	
	工作单位：常州大学材料学院	
项目信息	项目名称：Raman 设备移机	
	供应商名称：赛默飞世尔科技（中国）有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 拉曼光谱仪设备结构复杂,光路精密,属于高价值大型检测设备。大型仪器设备移动位置,通常都需要请原厂专业工程师上门进行移机。厂家工程师具有专业的知识背景,能够保证设备功能正常,设备精度稳定。该项目属于单一来源采购要求范围,同意采用单一来源方式进行采购。项目进行过程中,建议请工程师对设备进行必要的校准和清洗维护。	
专业人员签字	曹峰	日期 2024 年 11 月 19 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。